

Broszura produktowa

10.08.2026

SAUTER CS 7500-3P2

"S" czujnik tensometryczny do ważenia/pomiaru siły ze stali nierdzewnej

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0

✉ info@kern-sohn.com

🌐 www.kern-sohn.com

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com



CECHY

- Obszar zastosowania: pomiary masy oraz siły nacisku
- Odpowiedni do wag wiszących, wag silosowych, stanowisk do pomiaru siły i wielu innych wag

PIKTOGRAMY

Standard

Opcja



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]	Zakres pomiarowy [Max]
CS 50-3P2	50 kg	500 N
CS 100-3P2	100 kg	1 kN
CS 250-3P2	250 kg	2,5 kN
CS 500-3P2	500 kg	5 kN
CS 2000-3P2	2000 kg	20 kN
CS 5000-3P2	5000 kg	50 kN
CS 7500-3P2	7500 kg	75 kN

AKCESORIA

Model	Opis
CE RR24	Głowica przegubowa CE RR24
CJ P2	Skrzynka sumująca CJ P2, możliwości przyłączenia: 2, aluminium,
CJ P4	Skrzynka sumująca CJ P4, możliwości przyłączenia: 4, aluminium, IP65
CJ P4PG	Skrzynka sumująca CJ P4PG, możliwości przyłączenia: 4, aluminium,

Model	Opis
CJ X467	Skrzynka sumująca CJ X467, możliwości przyłączenia: 4, stal nierdzewna, IP67
CJ X468	Skrzynka sumująca CJ X468, możliwości przyłączenia: 4, aluminium, IP68
FS 407	Wtyk do czujnika FS zmontowany i adiustowany do 120 kN FS 407
YKV-01	Cyfrowy transmitter wagowy YKV-01

USŁUGI

Model	Opis
961-166	Świadectwo wzorcowania fabrycznego 961-166 (kierunek siły rozciąganie 51 kN – 120 kN jednostka wyniku pomiaru N Procedura wzorcowania KERN)
961-166V	Świadectwo wzorcowania fabrycznego 961-166V (rozciąganie mV/V)
961-266	Świadectwo wzorcowania fabrycznego 961-266 (kierunek siły ściskanie 51 kN – 120 kN jednostka wyniku pomiaru N Procedura wzorcowania KERN)
961-266V	Świadectwo wzorcowania fabrycznego 961-266V (ściskanie mV/V)
961-366	Świadectwo wzorcowania fabrycznego 961-366 (kierunek siły rozciąganie, ściskanie 51 kN – 120 kN jednostka wyniku pomiaru N Procedura wzorcowania KERN)
961-366V	Świadectwo wzorcowania fabrycznego 961-366V (rozciąganie, ściskanie mV/V)
963-166	Świadectwo wzorcowania DAkS 963-166 (kierunek siły rozciąganie 51 kN – 120 kN jednostka wyniku pomiaru N Procedura wzorcowania DKD-R 3-3 - przebieg A)
963-266	Świadectwo wzorcowania DAkS 963-266 (kierunek siły ściskanie 51 kN – 120 kN jednostka wyniku pomiaru N Procedura wzorcowania DKD-R 3-3 - przebieg A)
963-366	Świadectwo wzorcowania DAkS 963-366 (kierunek siły rozciąganie, ściskanie 51 kN – 120 kN jednostka wyniku pomiaru N Procedura wzorcowania DKD-R 3-3 - przebieg A)
970-015	Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-015

Przegląd piktogramów KERN



Ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP68



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień



Wzorcowanie fabryczne (ISO): Czas wzorcowania fabrycznego wynosi 4 dni robocze