

Broszura produktowa

10.08.2026

SAUTER CR 1000-1Y1

Przetwornik siły ze stali stopowej

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0

✉ info@kern-sohn.com

🌐 www.kern-sohn.com

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com



CECHY

- Wysoka precyzja (błąd łączny 0,05% F.S.)
- Obszar zastosowania: pomiary masy oraz siły rozciągającej i ściskającej
- Odpowiedni do pomiaru masy i siły oraz do stanowisk do pomiaru siły
- Wprowadzanie siły przez element dociskowy lub przez otwór gwintowany
- Element dociskowy zawarty w zakresie dostawy

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Przemysł i produkcja
- Rolnictwo
- Stanowiska badawcze

PIKTOGRAMY

Standard

Opcja



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]	Zakres pomiarowy [Max]
CR 500-1Y1	500 kg	5 kN
CR 1000-1Y1	1000 kg	10 kN
CR 5000-1Y1	5000 kg	50 kN
CR 10000-1Y1	10000 kg	100 kN
CR 20000-1Y1	20000 kg	200 kN

AKCESORIA

Model	Opis
CR-A02	Element dociskowy CR-A02
FS 405	Wtyk do czujnika FS zmontowany i adiustowany do 20 kN FS 405

USŁUGI

Model	Opis
961-164	Świadectwo wzorcowania fabrycznego 961-164 (kierunek siły rozciąganie 5 kN – 20 kN jednostka wyniku pomiaru N Procedura wzorcowania KERN)
961-164V	Świadectwo wzorcowania fabrycznego 961-164V (rozciąganie mV/V)
961-264	Świadectwo wzorcowania fabrycznego 961-264 (kierunek siły ściskanie 5 kN – 20 kN jednostka wyniku pomiaru N Procedura wzorcowania KERN)
961-264V	Świadectwo wzorcowania fabrycznego 961-264V (ściskanie mV/V)
961-364	Świadectwo wzorcowania fabrycznego 961-364 (kierunek siły rozciąganie, ściskanie 5 kN – 20 kN jednostka wyniku pomiaru N Procedura wzorcowania KERN)
961-364V	Świadectwo wzorcowania fabrycznego 961-364V (rozciąganie, ściskanie mV/V)
963-164	Świadectwo wzorcowania DAkKS 963-164 (kierunek siły rozciąganie 5 kN – 20 kN jednostka wyniku pomiaru N Procedura wzorcowania DKD-R 3-3 - przebieg A)
963-264	Świadectwo wzorcowania DAkKS 963-264 (kierunek siły ściskanie 5 kN – 20 kN jednostka wyniku pomiaru N Procedura wzorcowania DKD-R 3-3 - przebieg A)
963-364	Świadectwo wzorcowania DAkKS 963-364 (kierunek siły rozciąganie, ściskanie 5 kN – 20 kN jednostka wyniku pomiaru N Procedura wzorcowania DKD-R 3-3 - przebieg A)
970-014	Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-014

Przegląd piktogramów KERN



Ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP68



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień



Wzorcowanie fabryczne (ISO): Czas wzorcowania fabrycznego wynosi 4 dni robocze